



Орган з оцінки відповідності Західний експертно-технічний центр

Conformity assessment body western technical examination centre

Сертифікат експертизи типу

Type examination certificate

Модуль В
MODULE B

ZETC/06/2019

Registered under №

Дата видачі сертифікату: 21.01.2019
DATE OF GRANTING CERTIFICATION:

код ДКПП

Дата чинності сертифікату: 20.01.2022
CERTIFICATE IS VALID UNTIL:

33.20.53.190

Сфера оцінювання
FIELD OF APPLICATION

Технічний регламент обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, затверджений постановою КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055

Виробник продукції
MANUFACTURER

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НАУКОВО – ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРІОН»
61070, м. Харків, вул. Рудика, 4, код ЄДРПОУ 30987251

Сертифікат видано
CERTIFICATE IS ISSUED ON

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НАУКОВО – ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРІОН»
61070, м. Харків, вул. Рудика, 4, код ЄДРПОУ 30987251

Тип продукції
PRODUCT DESCRIPTION

Сигналізатори – аналізатори газів стаціонарні

Модель
MODEL

ДОЗОР - С

№ звіту/протоколу
TEST REPORT No

Звіт з оцінки відповідності № 47/2018 від 21.01.2019
((Атестат акредитації ООВ «Західний ЕТЦ» № 10265 від
12.11.2018 року до 23.04.2019 року)

Випробування
TEST BASIS

ДСТУ 7113:2009 Вибухонебезпечні середовища. Частина 0.
Електрообладнання. Загальні вимоги (IEC 60079-0:2007, MOD);

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

Дата та підпис керівника органу з оцінки відповідності
Date and issued by head of conformity assessment body

ООВ Західний ЕТЦ призначений постановою № 1657 від 15.11.2017
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на виконання
робіт з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів

CAB WESTERN TEC is notified by the decree No 1657 of 15.11.2017 Ministry of Economic
Development and trade of Ukraine for certification of product appliances under technical
regulations



Орган з оцінки відповідності
Західний експертно-технічний центр
79037, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 233А
+38 032 293 22 60 www.sert-zetc.lviv.ua
+38 032 294 89 76 oov@zetc.lviv.ua

Сертифікат чинний за умови дотримання Ліцензійної угоди № 2/2019 від 21.01.2019р.



Орган з оцінки відповідності Західний експертно-технічний центр

Conformity assessment body western technical examination centre

Сертифікат експертизи типу

Type examination certificate

Додаток А

ANNEX A

ZETC/06/2019

REGISTERED UNDER №

I Відомості про продукцію на яку виданий сертифікат експертизи типу

Виконання і склад сигналізатора-аналізатора ДОЗОР-С	Маркування вибухозахисту	Температура навколишнього середовища, °C
1	2	3
Сигналізатор-аналізатор газу стаціонарний ДОЗОР-С-Х-ХХ-ХХХХ-Х-Х		
- блок електроніки та сигналізації БПС	Ex II (2G) [Exib] IIB T4 Gb або Ex II (1G) [Exib] IIC T4 Ga	від мінус 20 до 50
- вимірювальні перетворювачі ИП-С ₄ H ₈ (термохімічні)	Ex II 2G Ex db ib IIB T4 Gb або Ex II 2G Ex db ib IIC T4 Gb	від мінус 40 до 100
- вимірювальні перетворювачі ИП-Н ₂ (термохімічні)	Ex II 2G Ex db ib IIC T4 Gb	від мінус 20 до 50
- вимірювальні перетворювачі ИП-CH ₄ , ИП-CO ₂ (оптичні)	Ex II 2G Ex db ib IIB T4 Gb	від мінус 40 до 50
- вимірювальні перетворювачі ИП-CO, ИП-Cl ₂ , ИП-H ₂ S, ИП-NH ₃ , ИП-NO, ИП-NO ₂ , ИП-O ₂ , ИП-SO ₂ (електрохімічні)	Ex II 1G Ex ia IIB T4 Ga або Ex II 1G Ex ia IIC T5 Ga	від мінус 40 до 50
- індикатор вологості води (ІНВ)	Ex II 1G Ex ia IIB T4 Ga	від мінус 40 до 50
- індикатори граничного рівня і температури ІПУ ₁ , ІПУ ₂ , ІП ₁	Ex II 1G Ex ia IIB T6 Ga	від мінус 40 до 70
Сигналізатор-аналізатор газу стаціонарний ДОЗОР-С-Х-Х-Х-Х		
- блок електроніки та сигналізації БПС	Ex II (2G) [Exib] IIB T4 Gb	від мінус 20 до 50
- вимірювальні перетворювачі ИП-С ₄ H ₈ (термохімічні)	Ex II 2G Ex db ib IIB T4 Gb	від мінус 40 до 100
- вимірювальні перетворювачі ИП-CO ₂ , ИП-CH ₄ (оптичні)	Ex II 2G Ex db ib IIB T4 Gb	від мінус 20 до 50
- вимірювальні перетворювачі ИП-CO, ИП-Cl ₂ , ИП-H ₂ S, ИП-NH ₃ , ИП-NO, ИП-NO ₂ , ИП-O ₂ , ИП-SO ₂ (електрохімічні)	Ex II 1G Ex ia IIB T4 Ga	від мінус 40 до 50
- індикатори граничного рівня і температури ІПУ ₁ , ІПУ ₂ , ІП ₁	Ex II 1G Ex ia IIB T6 Ga	від мінус 40 до 70
Сигналізатор-аналізатор газу стаціонарний ДОЗОР-С-Х-17-Х		
- блок електроніки та сигналізації БПС	Ex II (2G) [Exib] IIB T4 Gb	від мінус 40 до 50
- вимірювальні перетворювачі ИП-С ₄ H ₈ (термохімічні)	Ex II 2G Ex db ib IIB T4 Gb	від мінус 40 до 100
- вимірювальні перетворювачі ИП-CH ₄ (оптичні)	Ex II 2G Ex db ib IIB T4 Gb	від мінус 20 до 50
- індикатори температури ІП ₁	Ex II 1G Ex ia IIB T6 Ga	від мінус 40 до 70

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

Дата та підпис керівника органу з оцінки відповідності
Date and issued by head of certification body

ООВ Західний ЕТЦ призначений наказом № 1657 від 15.11.2017 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на виконання робіт з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів

CAR WESTERN TEC is notified by the decree No 1657 of 15.11.2017 Ministry of Economic Development and trade of Ukraine for certification of product appliances under technical regulations



Орган з оцінки відповідності
Західний експертно-технічний центр
79037, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 233А
+38 032 293 22 60 www.cert-zetc.lviv.ua
+38 032 294 89 76 cert@zetc.lviv.ua

Сертифікат чинний за умови дотримання Ліцензійної угоди № 02/2019 від 21.01.2019р.